



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE15.5022X  
Certificate No.

产品名称 Name of Product	气体探测器
型号及规格 Type of Product	01-6000
防爆标志 Marking	Ex d Ila Ga mb II B T6 Gb
技术文件 Technical Documents	/
图号 Drawing No.	01-4000-EXPLODED
备注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 当气体探测器装有非金属外壳材质的天线时, 应用湿抹布擦拭天线;</li> <li>2. 安装时, 气体探测器的探头应朝下;</li> <li>3. 本证书可代表型号为 01-6900 的气体探测器;</li> <li>4. 设备使用环境温度: <math>-40^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq +54^{\circ}\text{C}</math>;</li> <li>5. 须配备与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置;</li> <li>6. 制造商地址: 2200 East Villa Maria, Bryan, Texas 77802, USA.</li> </ol>

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010 GB3836.2-2010 GB3836.4-2010 GB3836.9-2006

发 给: Otis Instruments Incorporated  
Issued to:

本证失效日期: 2020-03-09

Date of Expiry:

发证日期: 2015-03-09

Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

刘红亮

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心  
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证书可与送检样品一致的样品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with samples tested and verified

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

电话: 022-26651966

传真: 022-26651966

Center Add: No.85 No.3 Road DingziGou Tianjin China Post code: 300131

Tel: Fax: 022-26651966/26689116

E-mail: pcc@pcc.com.cn

http://www.pcc.com.cn